FORMOL TAMPONNÉ 4%, PH 6,8 – 7,2
SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI

Réactif de diagnostic in vitro (Directive 98/79 CE) : milieu liquide de conservation et de transport

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS
40877-29	bidon de 1L
40877-36	bidon de 5L
40877-41	bidon de 10L
40877-44	bidon de 20L
40877-46	bidon de 25L
40877-26/250E	pot contenant 250ml
40877-29/500E	pot contenant 500ml
40877-33/1500E	seau contenant 1500ml
40877-36/2500E	seau contenant 2500ml
40877-02/10E	flacon contenant 10ml
40877-02/10EB	flacon contenant 10ml
40877-02/10ER	flacon contenant 10ml
40877-02/10EV	flacon contenant 10ml
40877-04/20E	flacon contenant 20ml
40877-04/20EB	flacon contenant 20ml
40877-04/20ER	flacon contenant 20ml
40877-04/20EV	flacon contenant 20ml
40877-06N30E	flacon contenant 30ml
40877-06N30EB	flacon contenant 30ml
40877-06N30ER	flacon contenant 30ml
40877-06N30EV	flacon contenant 30ml
40877-125/60E	flacon contenant 60ml
40877-125/60EB	flacon contenant 60ml
40877-125/60ER	flacon contenant 60ml
40877-125/60EV	flacon contenant 60ml
40877-180/80E	flacon contenant 80ml
40877-180/80EB	flacon contenant 80ml
40877-180/80ER	flacon contenant 80ml
40877-180/80EV	flacon contenant 80ml

2. CARACTÉRISTIQUES

Le formol tamponné 4% est utilisé comme fixateur en histologie et cytologie. La présence de tampon phosphate évite la formation des pigments caractéristiques du formol.
Le formol tamponné à pH 6,8 – 7,2 permet une fixation stable et reproductible.

3. COMPOSITION

Formaldéhyde	CAS N°50-00-0
Méthanol	CAS N°67-56-1
Phosphate mono-potassique	CAS N° 7778-77-0
Phosphate di-sodique	CAS N°7558-79-4

4. MÉTHODE D'UTILISATION

1. Rincer les prélèvements recouverts de matières organiques (sang, bile, matières fécales…), ces dernières pouvant ralentir la fixation et compromettre les interprétations microscopiques.
2. Immerger totalement l'échantillon dans le formol. Ratio volumétrique échantillon/fixateur : 1/20ème. Épaisseur maximale de l'échantillon : 1 cm.
3. Temps de fixation :
   - Pour les échantillons jusqu'à 5 mm, au moins 5 heures à température ambiante.
   - Pour les gros échantillons de 1 à 2 jours à température ambiante.
4. Se conformer aux protocoles d'utilisation du Laboratoire.
5. Ne pas réutiliser les solutions usagées.
6. Procéder à l'élimination du produit dans une filière de retraitement de produits dangereux appropriée.
7. Pour les flacons et pots pré-remplis de formol, veiller à bien les fermer avant leur transport de façon à éviter toute fuite de formol ou la perte de biopsies.
   - Pour bien fermer les flacons, suivre les instructions suivantes :

     1 - Poser la cape (bouchon) sur le flacon et tourner 1 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est possible d'entendre un bruit qui correspond à la bonne mise en place de la cape sur le flacon.

2 - Fermer le flacon en tournant la cape dans le sens des aiguilles d'une montre et en serrant la cape complètement.



- Pour bien fermer les pots, suivre les instructions ci-dessous :

5. SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser ce produit au-delà de sa date de péremption.
- Le produit est prêt à l'emploi, néanmoins, s'il est transféré dans un autre contenant, reporter sa référence, son N° de lot, sa date de péremption et ses mentions & pictogrammes de danger.
- Nocif par inhalation, contact et ingestion.
- A utiliser exclusivement en conditions ventilée (aspiration, hotte, …)
- Porter les équipements de protection individuels et ne pas respirer les vapeurs.
- Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

6. STOCKAGE

A conserver entre 0°C et 40°C, à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine. Si le produit est correctement stocké, il est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette d'identification.